

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: **Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Az alábbiakban felsorolt röntgen berendezések szállítása, telepítése, a beszereléshez szükséges építészeti munkálatok elvégzése, üzembe helyezése és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, javítása a jótállási időn belül, a felhasználók betanítása az „Egészségügyi eszközök energia- megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP – 5.6.0/E/15 számú projekt keretében.

Mennyiség:

I. rész: 1 db Digitális panoráma- és 1 db Intraorális röntgen és tartozékainak szállítása;

II. rész: 1 db, Digitális kombinált felvételi/átvilágító röntgen berendezés;

III. rész: 1 db Digitális mammográfias röntgen berendezés és tartozékainak szállítása.

3. A választott eljárás fajtája:

Közösségi eljárásrend szerinti gyorsított meghívásos eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: **2015/S 122-222269 2015/06/27**

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): **5 ajánlat**

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő neve: **Mediszer Kft.**

címe: 1037 Budapest, Bécsi u. 267.

	Ajánlat
I. rész: Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT	
Ajánlati ár (nettó HUF)	
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT	39 697 260 Ft
Intraorális röntgen	3 915 090 Ft
ÖSSZESEN:	43 612 350 Ft
	azaz
	Negyvenhárommillió - hatszáztizenkettőezer- háromszázötven forint

Alacsony sugárdózis üzemmód: (Igen-nem)	IGEN: „Low dose” – alacsony dózis képalkotás 5x5 cm-es FOV esetén: 0,003 mSv sugárterhelés, 400 µm felbontással
SARA/SMAR technológia: fémes képzaj csökkentés (Igen-nem)	IGEN: SARA/SMAR technológia: fémes képzajt csökkentő algoritmus
Panoráma pozicionálás tükör nélkül, maximum két lézer segítségével (Igen-nem)	IGEN: panoráma pozicionálás tükör nélkül, 2 db lézerfény segítségével
További legalább 4 cephalometriás képméret, melyből a legnagyobb 30x30 cm (Igen-nem)	IGEN: 5 db cephalometriás képméret, a legnagyobb 30x30 cm
II. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés	
Ajánlati ár (nettó HUF)	120 545 900 Ft azaz Egyszázhúszezer - ötszáznegyvenötezer - kilencszáz forint
Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (Igen-nem)	Igen, motorikus hosszirányú asztallap mozgatás
Asztallap hosszirányú mozgástartománya (cm)	160 cm
Generátor, és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges (Igen-nem)	Igen, a generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges
Pulzatis átvilágítási csőáram tartomány alsó értékének a maximuma(max. 5mA)	0,2 mA
III. rész: Digitális mammográfiás röntgen berendezés	
Ajánlati ár (nettó HUF)	173 286 900 Ft azaz Egyszázhetvenhárommillió - kettőszáznyolcvanhatézer - kilencszáz forint
Alkalmazható max. mAs érték (min. 400 mAs)	630 mAs
Anód anyaga Molibdén-Wolfram (Igen-nem)	Igen, Molibdén - Wolfram
Csőbúra hőkapacitás (min. 300 kHU)	2430 kHU
Detektor konverzió: direkt konverziós (Igen-nem)	Igen, direkt konverziós
Szkennelési szög (min.: 15 fok)	50 fok
Projekciók száma (min.10 projekció)	25 projekció

Ajánlattevővel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő által benyújtott pályázat mindenben megfelel a részvételi, és az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

I. rész: Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT

Az elbírálás szempontjai	A részszempontok súlyszámai	Mediszer Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	50	10	500
Alacsony sugárdózis üzemmód: (Igen-nem)	5	10	50
SARA/SMAR technológia: fémcs képzaj csökkentés (igen-nem)	5	10	50
Panoráma pozicionálás tükör nélkül, maximum két lézer segítségével (Igen-nem)	5	10	50
További legalább 4 cephalometriás képméret, melyből a legnagyobb 30x30 cm (Igen-nem)	5	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			700

II. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés

Az elbírálás szempontjai	A részszempontok súlyszámai	Mediszer Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	50	10	500
Asztallap motorikus hosszirányú mozgása (Igen-nem)	10	10	100
Asztallap hosszirányú mozgástartománya (cm)	20	10	200
Generátor, és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges (Igen-nem)	5	10	50
Pulzatis átvilágítási csőáram tartomány alsó értékének a maximuma(max. 5mA)	15	10	150
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

III. rész: Digitális mammográfias röntgen berendezés

Az elbírálás szempontjai	A részszempontok súlyszámai	Mediszer Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	50	10	500
Alkalmazható max. mAs érték (min. 400 mAs)	10	10	100
Anód anyaga Molibdén-Wolfram (Igen-nem)	10	10	100
Csőbúra hőkapacitás (min. 300 kWhU)	10	10	100
Detektor konverzió: direkt konverziós (Igen-nem)	10	10	100
Szkennelési szög (min.: 15 fok)	10	10	100
Projekciók száma (min.10 projekció)	10	10	100
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1100

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

Az értékelés során adható pontszám részszerpontként 1-10.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

A részszerpontokon belül (fordított, illetőleg egyenes) arányosítással történik az értékelés. A legjobb ajánlat az értékelési pontszám maximumát kapja, az ettől eltérő ajánlatok pontjai a dokumentációban megadott részszerpontok és képletek alapján kerülnek kiszámításra. Az eldöntendő értékelési szempontok esetében amennyiben rendelkezik az Ajánlattevő az előírt feltételekkel, az értékelési pontszám maximumát kapja, amennyiben nem, a minimumát kapja. A részszerpontokra adott pontszámok a hozzá tartozó súlyszámokkal felszorozásra kerülnek.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

EUROMEDIC DENT Korlátolt Felelősségű Társaság.

címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 2. em.

- Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek az alábbiak miatt:

Ajánlatkérő hiánypótlás keretén belül felkérte Ajánlattevőt, hogy a forgalmazási felhatalmazásának felelős fordítását küldje meg Ajánlatkérő részére. A hiánypótlás során benyújtott fordítás sem teljes, nem tartalmazza a Felhatalmazó által megadott határidőt.

- Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő által megajánlott készülék – az ajánlatában megadott adatok alapján - nem felel meg Ajánlatkérő által a részvételi, valamint ajánlati dokumentációban közzétett minimum követelményeknek.

a.) Digitális panoráma röntgen+ceph+ 3D CBCT készüléknél

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlattevő válaszai
Digitális panoráma röntgen+ceph+ 3D CBCT készüléknél		
A legnagyobb FOV méret	minimum 10 cm széles és minimum 10 cm magas – képösszerakás/stiching nélkül	15 cmszéles, 8 cm magas stiching nélkül
Cefalometria fejezetnél		
Pillanatfelvétel technológia (one shot)	Igen	Nem
Expozíciós idő	max 1 mp	1,2 mp
Felvétel méretek	legkisebb 18x18 cm	Nem szolgáltatott adatot a pályázó

A cefalometriás képméreteknél nem adta meg ténylegesen az ajánlattevő, hogy az általa szállítandó berendezés milyen méretű képeket szolgáltat.

b.) Intraorális röntgen

- Röntgen résznel: előírás, hogy a fókuszpont minimum 0,7 mm CEI.

Az ajánlattevő, 0,4 mm ajánlatot adott. A pályázati kiírás szerint ha a minimum érték kerül előírásra, akkor az ajánlattevő csak akkor felel meg az elvárásoknak, ha az ajánlati értéke ettől nem kisebb!

- A megjelenített kép méreténél az előírás min 22 mm magas, és 29 mm széles volt a feltétel. Az ajánlattevő válaszában tetszőleges nagyítást adott meg a számítógép monitoron történő nagyításra hivatkozva.

Medi-Cont Kft. címe: **9024 Győr, Honvéd u. 9/a.**

Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő által megajánlott készülék – az ajánlatában megadott adatok alapján - nem felel meg Ajánlatkérő által a részvételi, valamint ajánlati dokumentációban közzétett minimum követelményeknek.

3 D CBCT modul

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlattevő válaszai
A legnagyobb FOV méret	minimum 10 cm széles és minimum 10 cm magas – képösszerakás/stiching nélkül	11x8

- Az alacsony sugárdózis üzemmód: legyen lehetőség maximum 0,003mSv sugárterheléssel 400 µm vagy annál vékonyabb szeletvastagságú CBCT felvételt készíteni. Előny a megléte! - A pályázó, CBCT 11x8 felületre 0,00335 értéket adott meg, mely érték az adott felületre nagyobb sugárdózist eredményez.
- CBCT szkennelési idő: legnagyobb térfogatnál max 12 mp. - A pályázó által ajánlott készülék 16 mp alatt tudja biztosítani a szkennelést.

Cefalometria

- A kért képméretekre vonatkozóan az ajánlatkérő a következő szempontot fogalmazta meg: A felvétel méretek legkisebb értéke 18x18 cm, melyen kívül, további legalább 4 cefalometriás képméret, melyből a legnagyobb 30x30 cm. Az ajánlattevő összesen négy különféle méretet ajánlott, benne a 18x18-as méret is. ez így nem további 4 méret. Ezen ponthoz feltüntetett 10 különböző cefalometriás vizsgálatot. Azonban a vizsgálat nem azonos a képmérettel.

Digitális röntgenszenzor:

- A megjelenített képméretre az előírás 22x29 mm volt.
- Az ajánlattevő 20x30 mm méretet ajánlott.

Egyéb:

- Az ajánlattevő nem tud a berendezéséhez DICOM funkciót biztosítani.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: **Mediszer Kft.**

címe: 1037 Budapest, Bécsi u. 267

I. rész: Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT	
Ajánlati ár (nettó HUF)	
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT	39 697 260 Ft
Intraorális röntgen	3 915 090 Ft
ÖSSZESEN:	43 612 350 Ft
	azaz

	Negyvenhárommillió - hatszázötvenötvenezer - háromszázötven forint
II. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés	
Ajánlati ár (nettó HUF)	120 545 900 Ft azaz Egyszázhúszmillió - ötszáznegyvenötezer- kilencszáz forint
III. rész: Digitális mammográfias röntgen berendezés	
Ajánlati ár (nettó HUF)	173 286 900 Ft azaz Egyszázhetvenhárommillió - kettőszáznyolcvanhatezer- kilencszáz forint

Ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata érvényes

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

13. * A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Siemens Healthcare Kft.:

Részvételi felhívás III.2.3) M.1) pontja – referencia igazolás – a III. 1 db Digitális mammográfias röntgen berendezés és tartozékainak szállítása részben

Részvételi felhívás III.2.3) M.2) pontja – teljesítésbe bevont szakember bemutatása – a II. 1 db Digitális kombinált felvételi/átvilágító röntgen berendezés rész, valamint a III. 1 db Digitális mammográfias röntgen berendezés és tartozékainak szállítása részben

Dent-East Kft.

Részvételi felhívás III.2.3) M.1) pontja – referencia igazolás – az I. 1 db Digitális panoráma- és 1 db intraorális röntgen berendezés és tartozékainak szállítása részben

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2015/08/06**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2015/08/15**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2015/08/05**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2015/08/05**
- 18.* Az összegezés módosításának indoka:
- 19.* Az összegezés módosításának időpontja:
- 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:
- 21.* Az összegezés javításának indoka:
- 22.* Az összegezés javításának időpontja:
- 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:
- 24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.