

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: **Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Adásvételi szerződés alapján a Zala Megyei Kórház részére különféle eszközök, berendezések és tartozékainak beszerzése a TIOP 2.2.6/12/1/B -2013-0050 kódszámú „Eszközállomány-fejlesztés és korszerűsítés a Zala Megyei Kórházban” pályázati konstrukció keretében

1. rész

— 1 db szív-tüdő motor

2. rész

— 1 db Laparoscopos torony

— 1 db Arthroscopos torony

— 2 db Laparoscopiás optika 30 fokos

3. rész

— 1 db Altatógép

— 4 db Infúziós pumpa

— 7 db Lélegeztetőgép

— 10 db Intenzív ágy

4. rész

— 2 db Sebészeti vágókészülék

— 1 db Akkumulátoros motor

— 1 db Poliszomnográf

— 2 db Betegőrző monitor

5. rész

— 1 db Endoszkópos mosógép

— 2 db Colonoszkóp

— 1 db Képrögzítő és archiváló rendszer (ENDO rendszer)

— 1 db Endoszkópos fertőtlenítő kád

6. rész

— 1 db Rádióaktív izotóp szonda

7. rész

— 1 db UH berendezés (rendelőintézet)

— 1 db UH készülék (A/B scan)

8. rész

— 1 db Metszetfedő automata

— 1 db Metszetfestő automata

9. rész

— 1 db BACT-R PLUS anaerob készülék

10. rész

— 1 db Szemészeti ultrahang

— 1 db OCT

11. rész

— 1 db Objektív hallásvizsgáló

12. rész

— 1 db Négy rekeszes galvánfürdő kád

13. rész

— 1 db Túbiopsias pisztoly

OPCIONÁLIS RÉSZEK:

14. rész

— 1 db Szemészeti mikroszkóp

— 1 db Műtéti mikroszkóp

15. rész

— 1 db Bronchoscop

— 1 db Cystoscop

— 1 db Resectoscop

16. rész

— 1 db Hipotermiás készülék

— 5 db Vérvételi szék

— 4 db Akkumulátoros motor

— 2 db betegőrző monitor

— 6 db EKG

— 2 db ternum fűrészmotor

— 4 db Scanlan tűfogó

— 1 db Intraaortikus ballonpumpa

— 1 db Beteg hűtő-fűtő készülék

— 1 db Vérhűtő

— 1 db Hordozható műtéti monitor

— 2 db Statim 5000 autoklav

— 2 db Műszertálca

— 2 db Cardiotocograph

— 1 db Térdhajlítógép

— 1 db Szoft lézer

— 1 db EKG

— 1 db Defibrillátor

17. rész

— 1 db Vesekő zúzók

18. rész

— 1 db Mikroszkóp, kromoszómaanalizáló programmal

19. rész

— 1 db Digitális mammográfiás berendezés

— 1 db Bronchológia: Rtg. Átvilágító C-kar

20. rész

— 1 db Digitális intraorális rtg.

— 1 db Digitális panoráma + cef rtg.+CT

3. A választott eljárás fajtája:

Közösségi eljárásrend szerinti gyorsított meghívásos eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: **2015/S 138-254252 2015/07/21**

Korrigendum: 2015/S 146-268580 2015/07/31

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **részben igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: **a 6. Radioaktív izotóp szonda, 9. BACT-R PLUS anaerob készülék, 13. Túbiopsias pisztoly és 17. Vesekő zúzó részekre nem érkezett ajánlat**

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: **igen**

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): **19 ajánlat**

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevő neve: **Dräger Medical Magyarország Kft.**
címe: 1135 Budapest, Szent László út 95.
adószáma: 12601134-2-41

	Ajánlat
3. rész: Anesztézia és intenzív ellátás	
Ajánlati ár (nettó HUF)	
—1 db Altatógép — 4 db Infúziós pumpa — 7 db Lélegeztetőgép — 10 db Intenzív ágy ÖSSZESEN	45.830.000,- Ft azaz Negyvenötmillió- nyolcszázharmincezer forint
Altatógép	
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)	igen
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)	igen
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb kijelző.	12,1'
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)	nem
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	igen
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb kijelző	15'
Infúziós pumpa	
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság	0,01 ml/h
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás lehetőségeinek száma (db) Előny aminél nagyobb állítási lehetőség!	300 db
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete alapján állítható legyen 20µl-300 µl között (Igen-nem)	igen
Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágbn (Igen-nem)	igen
Lélegeztetőgép	
Színes, grafikus kijelző, (min. 10') Előny a nagyobb kijelző.	12'

Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)	igen
PC-AC (Igen-nem)	igen
MMV (Igen-nem)	igen
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)	igen
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	igen
Intenzív ágy	
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan megáll a motor (Igen-nem)	igen
Elektromos magasságállítás, min. 35- 75 cm között Előny a szélesebb tartomány!	40 cm
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes terhelhetőség	250

2 Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előirt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: **MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató**
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
adószáma: 11909879-2-42

	Ajánlat
3. rész: Anesztézia és intenzív ellátás	
Ajánlati ár (nettó HUF)	37.900.000,- Ft azaz Harminchétmillió- kilencszázezer forint
—1 db Altatógép — 4 db Infúziós pumpa — 7 db Lélegeztetőgép — 10 db Intenzív ágy ÖSSZESEN	
Altatógép	
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)	nem
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)	nem
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb kijelző.	12,1'
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)	nem
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	nem
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb kijelző	15'
Infúziós pumpa	
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság	0,01ml/h
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás lehetőségeinek száma (db) Előny aminél nagyobb állítási lehetőség!	300 db
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete alapján állítható legyen 20µl-300 µl között (Igen-nem)	igen, 20-300 µl
Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágbán (Igen-nem)	igen
Lélegeztetőgép	
Színes, grafikus kijelző, (min. 10') Előny a nagyobb kijelző.	12,1'

Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)	igen
PC-AC (Igen-nem)	igen
MMV (Igen-nem)	nem
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)	nem
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	nem
Intenzív ágy	
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan megáll a motor (Igen-nem)	igen
Elektromos magasságállítás, min. 35- 75 cm között Előny a szélesebb tartomány!	32-76 cm (44 cm tartomány)
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes terhelhetőség	250 kg

	Ajánlat
4. rész: Műtéti eszközök	
Ajánlati ár (nettó HUF) —2 db Sebészeti vágókészülék — 1 db Akkumulátoros motor — 1 db Poliszomnográf — 2 db Betegőrző monitor ÖSSZESEN	21.100.000,- Ft azaz Huszonegymillió- egyszázezer forint
Sebészeti vágókészülék	
Kijelző mérete: min. 6' Előny a nagyobb kijelző!	10,4'
Billenthető kijelző (Igen-nem)	igen
Forszírozott koaguláció min. 100 W Előny a nagyobb érték	200 W
Forszírozott bipoláris koaguláció min.90 W Előny a nagyobb érték	120 W
Polyszomnográf	
Opcionálisan szinkron videometriával bővíthető (Igen-nem)	igen
opcionálisan pH méréssel bővíthető (Igen-nem)	igen
Opcionálisan Kapnometriával bővíthető (Igen-nem)	igen
Multi-night felvételre a recorder előre felprogramozható (Igen-nem)	igen
Intelligens akkumulátor mellyel, a felvétel megkezdése előtt ellenőrizhető hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e az adott hosszúságú felvétel elkészítéséhez. (Igen-nem)	igen
Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen (Igen-nem)	igen
Li-IOn tápellátási rendszer a recorderben (Igen-nem)	igen
Betegőrző monitor	
Kijelző mérete: min. 13' Előny a nagyobb!	15'

	Ajánlat
7. rész: Ultrahang készülékek	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db UH berendezés (rendelőintézet) — 1 db UH készülék (A/B scan ÖSSZESEN	40.525.000,- Ft azaz Negyvenmillió- ötszázhuszonezer forint

UH rendelőintézet	
A lágyrész vizsgálati lineáris vizsgálófej kristályelemeinek száma (min. 576)	960 kristályelem
Nem Doppler technikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, amely nem irányfüggő és nem írja felül az érfalakat	igen (B-flow üzemmód)
Automatikus kép-optimalizálási lehetőség PW Doppler-módban élő képen(Igen-nem)	igen
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott B-módú képen az erősítés, dinamikartomány, szürkeskála és a szemcséesség csökkentés mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)	igen
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott color Doppler képen az erősítés, szintérikép és az alapvonal mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)	igen
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott PW Doppler spektrumon a szögkorrekció és az alapvonal mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)	igen
UH szülészeti	
Maximális megjeleníthető képmélység Min. 30 cm Előny a nagyobb mélység	36 cm
Rendszer dinamika tartomány Min. 200 dB Előny a nagyobb dinamikai tartomány	265 dB
Szemcséesség csökkentő képalkotás min. 3 fokozatban állítható legyen. Előny a több fokozatban állíthatóság	6 fokozat
Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely nem irányfüggő, nem írja felül az érfalakat és nem csökkenti az akusztikus képváltási frekvenciát.(Igen-nem)	igen (B-flow üzemmód)
4D hasi vizsgálófej frekvencia tartománya felső határa min. 5,0 MHz Előny a nagyobb felsőhatár frekvencia!	8,0 MHz
4D hasi vizsgálófej 2D látószöge min. 75° Előny a nagyobb látószög	90°
A 4D hüvelyi vizsgálófej 2D látószöge min. 160° Előny a nagyobb látószög!	179°
A 4D hüvelyi vizsgálófej 3D/4D térfogat felvételi szöge min. 75° Előny a nagyobb térfogat felvételi szög!	120°
A páciens adatbázisban, a készülék merevlemezén tárolt kép a képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal használhatók (Igen-nem)	igen (repro funkció)

	Ajánlat
12. rész: Balneoterápiás berendezés	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Négy rekeszes galvánfürdő kád	2.300.000,- Ft azaz Kettőmillió-háromszázezer forint
Anyagában színezett, Előny az acryl kádtest (Igen-nem)	igen

Elektródák lecsatolhatók (Igen-nem)	igen
Ajánlat	
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök	
15. rész – Endoszkópok	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Bronchoscop — 1 db Cystoscop — 1 db Resectoscop ÖSSZESEN	7.480.000, Ft azaz Hétmillió- négyszáznyolcvanezer forint
Cytoscop	
Beépített fényvezető szál (Igen-nem)	igen
Resectoscop	
Beépített fényvezető szállal (Igen-nem)	igen
Az elektróda kezdő pozíciója a shafton kívül található (Igen-nem)	igen
Rugós markolat (Igen-nem)	igen
A belső shaft forgatható (Igen-nem)	igen
Védőcső elektródák számára (Igen-nem)	igen

3. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: **ReplantMed Kft.**
címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
adószáma: 24662064-2-43

Ajánlat	
1. rész Szív-tüdő motor	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 darab Szív-tüdő motor	25.820.000,- Ft azaz Huszonötmillió- nyolcszázhuszezer forint
Önálló működés min. 60 percen át Előny a hosszabb idő!	90 perc
Moduláris pumpák, valamennyinek kábelek nélkül kell csatlakoznia a konzolhoz (Igen-nem)	igen
A hűtő-fűtő készülék adatainak rögzítése az adatrögzítő rendszerben (Igen-nem)	igen

4. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: : **PREMED PHARMA KFT**
címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 18.
adószáma: 10803952-2-43

Ajánlat	
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök	
14. rész – Műteti mikroszkópok	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Szemészeti mikroszkóp — 1 db Műteti mikroszkóp ÖSSZESEN	37.700.000,- Ft azaz Harminchétmillió-hétszázezer forint
Szemészeti mikroszkóp	
A meglévő (Leica) mennyezeti rendszerhez illeszthető (Igen-nem)	igen
Az összes paraméter automatikus visszaállítása az előre	igen

beállított értékekre a mikroszkóp kar végállásba történőfelemelésével (Igen-nem)	
--	--

5. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: **BioMarker Kft.**
címe: 2100 Gödöllő, Rigó u. 20
adószáma: 12122066-2-13

	Ajánlat
8. rész: Patológiai eszközök	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Metszetfedő automata — 1 db Metszetfestő automata ÖSSZESEN	12.900.000,- Ft azaz Tizenkettőmillió- kilencszázezer forint
Metszetfedő automata	
Folyamatos metszettartó kosár adagolás, kivétel a készülék fedelének felnyitása nélkül (Igen-nem)	igen
Digitális LCD kijelző (Igen-nem)	igen
Buborékmentes fedőfolyadék utántöltés (Igen-nem)	igen
Metszetfestő automata	
Reagens tartályokon az optimális szint jelzése. (Igen-nem)	igen
A vezérlő program adjon lehetőséget egy adott kosár festésének megszakítására. (Igen-nem)	igen
Áramkimaradás esetén szünetmentes tápegységről történő teljes körű működés. (Igen-nem)	igen
	Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök	
18. rész – Genetikai mikroszkóp	
Ajánlati ár (nettó HUF) — 1 db Mikroszkóp, kromoszómaanalizáló programmal	11.700.000,- Ft azaz Tizenegymillió-hétszázezer forint
Nyolcpozíciós szűrőkockatartó fényzár (shutter) funkcióval és szerszámmentes (tool-free) szűrőkocka-cserélési lehetőséggel (Igen-nem)	nem
LED fényforrás (Igen-nem)	igen
Élettudományi képalkotó- és mérőszoftver csomag, mely az alábbi modulokkal bővített: — alap- és kibővített képszerkesztő eszközök (képjellemzők, képnavigátor, galéria nézet, megjelenítési beállítások, RGB képek egyesítése, képfeldolgozás, Z-stack projekció, feliratozás, rétegek kezelése, képjavító szűrők, geometria,többdimenziós feldolgozás, mód-konverzió), — alap- és kibővített testre szabási funkciók (layout-ok mentése és kezelése, 'dark skin', felhasználók kezelése, munkafolyamat létrehozása (MyFunctions)), Előny a felsorolt modulok biztosítása! (Igen-nem)	nem

6. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.

Ajánlattevő neve: **Mediszer Kft.**

címe: 1037 Budapest, Bécsi u. 267.

adószáma: 10321056-2-41

		Ajánlat
1. rész Szív-tüdő motor		
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 darab Szív-tüdő motor		35.365.826,- Ft azaz Harmincötmillió- háromszázhatvanötezer- nyolcszázhuszonhat forint
Önálló működés min. 60 percen át Előny a hosszabb idő!		Igen, önálló működés 90 percen át
Moduláris pumpák, valamennyinek kábelek nélkül kell csatlakoznia a konzolhoz (Igen-nem)		igen, minden moduláris pumpa kábelek nélkül csatlakoztatható a konzolhoz
A hűtő-fűtő készülék adatainak rögzítése az adatrögzítő rendszerben (Igen-nem)		Igen, a hűtő-fűtő készülék adatainak rögzítése az adatrögzítő rendszerben vagy adathordozón

		Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök		
19. rész – Radiológiai eszközök		
Ajánlati ár (nettó HUF) — 1 db Digitális mammográfiás berendezés — 1 db Bronchológia: Rtg. Átvilágító C-kar ÖSSZESEN		125.402.200,- Ft azaz Egyszázhuszonötmillió- négy száz kettőezer- kettő száz forint
C-íves sebészeti képerősítő		
C-ív mélysége. Előny a nagyobb érték!		730 mm
Orbitális mozgás (I-N) 10(Igen-nem)		130°
Digitális mammográf berendezés		
Alkalmazható max. mAs érték. Előny a nagyobb érték		630 mAs
Anód anyaga Molibdén-Wolfram (I-N) (Igen-nem)		igen, Molibdén-Wolfram
Csőbúra hőkapacitás. Előny a nagyobb érték		2430 KHU
Detektor konverzió: direkt konverziós		direkt konverziós
Pixel méret Előny a kisebb méret!		85µm
Hard disk Előny a nagyobb kapacitás		1000 GB
Szkennelési szög A 15 fok-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük		50 fok
Projekciók száma		25 projekció

7. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.

Ajánlattevő neve: **Medicontur Orvostechnikai Kft**

címe: 2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1

adószáma: 10253993-2-13

		Ajánlat
10. rész: Szemészeti eszközök		
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Szemészeti ultrahang — 1 db OCT ÖSSZESEN		32.643.900,- Ft azaz Harminckettőmillió- hatszáznegyvenháromezer-

	kilencszáz forint
Szemészeti UH	
„A” fejbe beépített, külső felületre vetített lézeres fixációs fény megléte (Igen-nem)	igen
20MHz-es vizsgálófej (Igen-nem)	nem
A feldolgozó számítógép monitorának átmérője min. 15’	igen
OCT készülék	
Fourier/Spectral Domain OCT mellett konfokális scanning laser ophthalmoscop integrálása (Igen-nem)	igen
Autofluorescens képszerzés 470-490 nm közötti tartományú laser fényforrással (Igen-nem)	igen
Aktív folyamatos 3D szemkövetés(Igen-nem)	igen
ART mód vagy hasonló, beállítható, 1-100 kép átlagából készít javított felvételt(Igen-nem)	igen
Későbbiekben laseres Fluorescein / ICG angiográfiával bővíthető (Igen-nem)	igen

8. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.

Ajánlattevő neve: **Computer-Technika Kft.**

címe: 7631 Pécs, Közraktár u. 1.

adószáma: 10420870-2-02

	Ajánlat
11. rész: Objektív hallásvizsgáló	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Objektív hallásvizsgáló	5.980.000,- Ft azaz Ötmillió- kilencszáznolcvanezer forint
Moduláris felépítésű, egy készülékben min. 3 féle szűrő és min. 4 diagnosztikai modullal választható Előny a moduláris felépítés megléte	Moduláris felépítésű, egy készülékben min. 3 féle szűrő (ABR, TEOAE, DPOAE) és min. 4 diagnosztikai (ABR, TEOAE, DPOAE, ENG) modullal
Magyar nyelvű lelet készítése (Igen-nem)	igen
Hordozható kivitelű (Igen-nem)	igen

9. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.

Ajánlattevő neve: **B. BRAUN TRADING KFT.**

címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

adószáma: 25061978-2-41

	Ajánlat
2. rész: Műtéti video endoszkópos rendszerek	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Laparoscopos torony — 1 db Arthroscopos torony — 2 db Laparoscopiás optika 30 fokos ÖSSZESEN:	(20.533.196,-) (21.563.815,-) (1.541.066,-) 43.638.077,- Ft azaz Negyvenhárommillió- hatszázharmincezer- hetvenhét forint
Laparoszkópos torony	

Fiberoszkópok csatlakoztatása esetén beépített moire filter (Igen-nem)	nem
Autoklávozható kamerafej (Igen-nem)	nem
Automatikus fényerő szabályozás (Igen-nem)	igen
Ismétlő monitor csatlakoztatásának lehetősége (Igen-nem)	igen
Beépített fénykábel teszter (Igen-nem)	igen
Endoszkóp tartó (Igen-nem)	nem
Érintőképernyős kivitelű nagyfrekvenciás vágó, mely csatlakoztatható UH vágóval amellyel az integrált bipoláris koagulálás és ultrahangos vágás egy időben történik (Igen-nem)	nem
Kettős bipoláris generátorral rendelkezik (Igen-nem)	igen
Érintőképernyős kijelzéssel rendelkezik (Igen-nem)	igen
Arthrozkópos torony	
Fiberoszkópok csatlakoztatása esetén beépített moire filter (Igen-nem)	nem
Fókusz távolság: min. 18 – 28 mm tartományban Előny a nagyobb állíthatósági tartomány különbség	igen
Intézetben meglévő, Olympus és Storz optikák csatlakoztathatósága (Igen-nem)	igen
Fényerő állítása min. 5 lépésben	igen
Beépített fénykábel teszter (Igen-nem)	igen
Érintőképernyős kijelzéssel (Igen-nem)	igen
Lábkapcsolóval vezérelhető gyors öblítés funkcióval (Igen-nem)	igen
Beépített leválasztó transzformátorral kell rendelkeznie (Igen-nem)	igen
Egyidejűleg 2 db kézidarab csatlakoztatási lehetőség (Igen-nem)	igen
Motorvezérlőhöz csatlakoztatható, magas fordulatszámon üzemelő (min. 15000 ford/perc) shaverkézidarab (Igen-nem)	igen

10. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.

Ajánlattevő neve: **Dent-East Kft.**

címe: 1112 Budapest, Rétkerülő út 51.

adószáma: 10255328-2-43

	Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök	
20. rész	
Ajánlati ár (nettó HUF) — 1 db Digitális intraorális rtg. — 1 db Digitális panoráma + ceph rtg.+CT ÖSSZESEN	36.344.000,- Ft azaz Harminchatmillió- háromszáznegyvennégyezer forint
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT	
Alacsony sugárdózis üzemmód: legyen lehetőség maximum 0,003 mSv sugárterheléssel 400 µm vagy annál vékonyabb szeletvastagságú CBCT felvételt készíteni (Igen-nem)	igen
SARA/SMAR technológia: fémcsökkentés (Igen-nem)	igen

Panoráma pozicionálás tükör nélkül, maximum két lézer segítségével (Igen-nem)	igen
További legalább 4 cephalometriás képméret, melyből a legnagyobb 30x30 cm (Igen-nem)	igen

11. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: **Anamed Kft.**
címe: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószáma: 10737956-2-42

	Ajánlat
3. rész: Anesztézia és intenzív ellátás	
Ajánlati ár (nettó HUF) —1 db Altatógép — 4 db Infúziós pumpa — 7 db Lélegeztetőgép — 10 db Intenzív ágy ÖSSZESEN	nettó 62.979.000,- Ft azaz Hatvankettőmillió- kilencszázhetvenkilencezer forint (62.979.000,- Ft nettó + 27% áfa azaz 79.983.330,- Ft bruttó)
Altatógép	
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)	nem
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)	nem
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb kijelző.	12'
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)	nem
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	nem
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb kijelző	12'
Infúziós pumpa	
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság	0,01 ml/h
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás lehetőségeinek száma (db) Előny a minél nagyobb állítási lehetőség!	0,1-3 ml/h, 300 db beállítás
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete alapján állítható legyen 20µl-300 µl között (Igen-nem)	igen (20µl-300 µl)
Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágban (Igen-nem)	igen
Lélegeztetőgép	
Színes, grafikus kijelző, (min. 10') Előny a nagyobb kijelző.	12'
Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)	igen
PC-AC (Igen-nem)	igen
MMV (Igen-nem)	igen
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)	igen
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	nem

Intenzív ágy	
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan megáll a motor (Igen-nem)	igen
Elektromos magasságállítás, min. 35- 75 cm között Előny a szélesebb tartomány!	32-76 cm
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes terhelhetőség	250 kg

	Ajánlat
5. rész: Videoendoszkópos rendszer	
Ajánlati ár (nettó HUF) — 1 db Endoszkópos mosógép — 2 db Colonoszkóp — 1 db Képrögzitő és archiváló rendszer (ENDO rendszer) — 1 db Endoszkópos fertőtlenítő kád ÖSSZESEN	nettó 28.090.000,- Ft azaz Huszonnyolcmillió- kilencvenezer forint (28.090.000,- Ft nettó + 27% áfa azaz 35.674.300,- Ft bruttó)
Endoszkóposó berendezés	
Csatorna csatlakozó leválás riasztás (Igen-nem)	igen
Hatékony mosást, fertőtlenítést, öblítést és legalább a csatornák kifújását biztosító ciklus, a ciklushatásosságát az ENISO 15883-4 szabvány alapján független teszttintézet igazolja (Igen-nem)	igen
EN ISO 15883-4 szabvány szerinti standard ciklusidő (szívárgásteszt, mosás, fertőtlenítés, öblítések, szárítás) max.40 perc Előny a rövidebb idő!	24 perc
Motorikus mozgatású kamraajtó, lábkapcsolóval működtethető ajtónyitás a higiénikus behelyezés biztosítására (Igen-nem)	igen
Színes érintőképernyő, magyar nyelvű menürendszer (Igen-nem)	igen
A készülék legyen felszerelve a kamrai vegyszer párolgás gőzeinek elszívására alkalmas kompresszorral és csőcsatlakozóval (min. 50m ³ /h teljesítménnyel)	igen (70m³/h)
Videokolonoszkóp	
A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg (Igen-nem)	igen
Változtatható bevezető cső merevség megléte (Igen-nem)	igen
Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz (Igen-nem)	igen
A hajlító kerekekkel angulálható aktív bending mögött egy nem irányítható, de azonos hajlékonyságú passzív bending megléte (Igen-nem)	igen

12. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.

Ajánlattevő neve: **ALLEGRO Kft.**

címe: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.

adószáma: 10361863-2-41

	Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök	
16. rész – Orvosi eszközök	
Ajánlati ár (nettó HUF)	
1 db Hipotermiás készülék	

<ul style="list-style-type: none"> — 5 db Vérvételi szék — 4 db Akkumulátoros motor — 2 db betegőrző monitor — 6 db EKG — 2 db ternum fűrészmotor — 4 db Scanlan tűfogó — 1 db Intraaortikus ballonpumpa — 1 db Beteg hűtő-fűtő készülék — 1 db Vérhűtő — 1 db Hordozható műtéti monitor — 2 db Statim 5000 autoklav — 2 db Műszertálca — 2 db Cardiotocograph — 1 db Térdhajlítógép — 1 db Szoft lézer — 1 db EKG — 1 db Defibrillátor ÖSSZESEN 	<p>90.629.400,- Ft azaz Kilencvenmillió- hatszázhuszonkilencezer- négy száz forint</p>
Vérvételi szék	
360°-ban elforgatható. (Igen-nem)	Igen
Hidraulikus magasságállítási lehetőség (Igen-nem)	Igen
Döntött szék-pozíció állítási lehetősége min. 12°. (Igen-nem)	Igen
Betegőrző monitor	
Kijelző mérete: min. 12' Előny a nagyobb	12
EKG készülék 12 elvezetése	
Terheléses EKG üzemmód, terheléses rendszerré fejleszthető (Igen-nem)	Nem
Sternum fűrészmotor	
Automatikus akkumulátor ellenőrzés és töltöttségi szint kijelzés (Igen-nem)	Nem
Szervizigényt kijelző címke amely folyamatosan a készülék alján található (Igen-nem)	Igen
Scanlan tűfogó	
Egyedi, géppel olvasható lézer jelölés (adatmátrix-kód) (Igen-nem)	Igen
Hordozható műtéti monitor	
Kijelző mérete: min. 13'. Előny a nagyobb	Igen, 15'
Műszertálca	
Egyedi, géppel olvasható lézer jelölés (adatmátrix-kód) (Igen-nem)	Igen
Cardiotocograph	
A kijelző dőlésszöge min 0-60 fokig állítható (Igen-nem)	Nem
EKG készülék 3 csatornás	
Aritmia üzemmód (Igen-nem)	Nem
Defibrillátor	
Ingeráram. A 0-140mA-nél kisebb tartomány érvénytelen	0-200mA
IrDA vagy bluetooth kommunikációs port (Igen-nem)	Igen

Ajánlattevőkkel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevők által benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek a részvételi, és az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

lásd 1. számú melléklet

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

Az értékelés során adható pontszám részszerpontonként 1-10.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

A részszerpontokon belül (fordított, illetőleg egyenes) arányosítással történik az értékelés. A legjobb ajánlat az értékelési pontszám maximumát kapja, az ettől eltérő ajánlatok pontjai a dokumentációban megadott részszerpontok és képletek alapján kerülnek kiszámításra. Az eldöntendő értékelési szempontok esetében amennyiben rendelkezik az Ajánlattevő az előírt feltételekkel, az értékelési pontszám maximumát kapja, amennyiben nem, a minimumát kapja. A részszerpontokra adott pontszámok a hozzá tartozó súlyszerpontokkal felszerzésre kerülnek.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszergáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

RÉSZ		Ellenszergáltatás összege (nettó Ft)	Nyertes Ajánlattevő neve, címe
1	— 1 db szív-tüdő motor	25 820 000	ReplantMed Kft. 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
2	— 1 db Laparoscopos torony	43 638 077	B. BRAUN TRADING KFT 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.
	— 1 db Arthroscopos torony		
	— 2 db Laparoscopiás optika 30 fokos		
3	— 1 db Altatógép	37 900 000	MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szergáltató Zrt 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
	— 4 db Infúziós pumpa		
	— 7 db Lélegeztetőgép		
	— 10 db Intenzív ágy		
4	— 2 db Sebészeti vágókészülék	21 100 000	MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szergáltató Zrt 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
	— 1 db Akkumulátoros motor		
	— 1 db Poliszomnográf		
	— 2 db Betegőrző monitor		
5	— 1 db Endoszkópos mosógép	28 090 000	Anamed Kft 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
	— 2 db Colonoszkóp		
	— 1 db Képrőgzítő és archiváló rendszer (ENDO rendszer)		
	— 1 db Endoszkópos fertőtlenítő kád		
7	— 1 db UH berendezés (rendelőintézet)	40 525 000	MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szergáltató Zrt 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
	— 1 db UH készülék (A/B scan)		
8	— 1 db Metszetfedő automata	12 900 000	BioMarker Kft 2100 Gödöllő, Rigó u. 20
	— 1 db Metszetfestő automata		
10	— 1 db Szemészeti ultrahang	32 643 900	Medicontur Orvostechikai Kft 2072

	— 1 db OCT		Zsámbék, Herceghalmi u. 1
11	— 1 db Objektív hallásvizsgáló	5 980 000	Computer-Technika Kft. 7631 Pécs, Közraktár u. 1.
12	— 1 db Négy rekeszes galvánfürdő kád	2 300 000	MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
OPCIÓS részek			
14	— 1 db Szemészeti mikroszkóp — 1 db Műteti mikroszkóp	37 700 000	Premed Pharma Kft 1118 Budapest, Rétköz u. 18.
15	— 1 db Bronchoscop — 1 db Cystoscop — 1 db Resectoscop	7 480 000	MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
16	— 1 db Hipotermiás készülék — 5 db Vértvételi szék — 4 db Akkumulátoros motor — 2 db betegőrző monitor — 6 db EKG — 2 db ternum fűrészmotor — 4 db Scanlan tűfogó — 1 db Intraaortikus ballonpumpa — 1 db Beteg hűtő-fűtő készülék — 1 db Vérhűtő — 1 db Hordozható műteti monitor — 2 db Statim 5000 autoklav — 2 db Műszertálca — 2 db Cardiotocograph — 1 db Térhajlítógép — 1 db Szoft lézer — 1 db EKG — 1 db Defibrillátor	90 629 400	Allegro Kft 1045 Budapest, Berliu u. 47-49.
19	— 1 db Digitális mammográfiás berendezés — 1 db Bronchológia: Rtg. Átvilágító C-kar	125 402 200	Mediszer Kft 1037 Budapest, Bécsi u. 267
20	— 1 db Digitális intraorális rtg. — 1 db Digitális panoráma + cef rtg.+CT	36 344 000	Dent-East Kft. 1112 Budapest, Rétkerülő út 51

Ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatuk érvényes.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában - szerviz és alkatrészellátás biztosítása

Anamed Kft., mint nyertes ajánlattevő ajánlatában – 3. rész Arthroscopos torony, 3. rész infúziós pumpa, intenzívágy, 5. rész Endoszkópmosó berendezés, Képrögzítő és archiváló rendszer (ENDO rendszer) üzembe helyezés és garanciális szerviz ellátás.

Mediszer Kft., mint nyertes ajánlattevő ajánlatában – üzembe helyezés, szakipari munkák

Dent-East Kft., mint nyertes ajánlattevő ajánlatában – üzembe helyezés, szervizszolgáltatás

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Mediszer Kft., mint nyertes ajánlattevő esetében:

1 rész esetében – Maquet South East Europe D.O.O. - III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontja, referenciaigazolás

19. rész esetében – Siemens Healthcare Kft. - III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 pontja, referenciaigazolás

B. BRAUN TRADING KFT., mint nyertes ajánlattevő esetében:

B. Braun Medical Kft - III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 pontja, referenciaigazolás

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2015/09/29**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2015/10/08**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2015/09/28**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2015/09/28**

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21.* Az összegezés javításának indoka:

22.* Az összegezés javításának időpontja:

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A szerződés hatályba lépésének feltétele a Módosított Támogatói Szerződés aláírása. A Módosított Támogatói Szerződésben megadott határidőket figyelembe kell venni.

Az opcionálisként megnevezett 18. részre (1 db Mikroszkóp, kromoszómaanalizáló programmal) vonatkozóan ajánlatkérő nem gyakorolja a Ptk. szerinti vételi jogát.

Kbt. 124. § (8) bekezdése b) pontja alapján:

A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés:

b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be.