

TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0050 „Eszközállomány-fejlesztés és korszerűsítés a Zala Megyei Kórházban” című projekt keretén belül „Különféle orvosszakmai gépek, műszerek beszerzése”

Az egyes részszerpontokra adható pontszám 1-10

Összesített

1. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szerpontok súlyszámai	Mediszer Kft.		ReplantMed	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	7,57	529,9	10	700
Önálló működés min. 60 percen át. Előny a hosszabb idő	5	10	50	10	50
Moduláris pumpák, valamennyinek kábelek nélkül kell csatlakoznia a konzolhoz (Igen-nem)	20	10	200	10	200
A hűtő-fűtő készülék adatainak rögzítése az adattörzstíró rendszerben	5	10	50	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			829,9		1000

2. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szerpontok súlyszámai	B.Braun Trading	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Laparoszkópos torony			
Fiberoszkópok csatlakoztatása esetén beépített moire filter (Igen-nem)	1	1	1
Autoklávozható kamerafej (Igen-nem)	3	1	3
Automatikus fényerő szabályozás (Igen-nem)	3	10	30
Ismétlő monitor csatlakoztatásának lehetősége (Igen-nem)	2	10	20
Beépített fénykábel teszter (Igen-nem)	1	10	10
Endoszkóp tartó (Igen-nem)	2	1	2
Érintőképernyős kivitelű nagyfrekvenciás vágó, mely csatlakoztatható UH vágóval amellyel az integrált bipoláris koagulálás és ultrahangos vágás egy időben történik (Igen-nem)	1	1	1
Kettős bipoláris generátorral rendelkezik (Igen-nem)	1	10	10
Érintőképernyős kijelzéssel rendelkezik (Igen-nem)	1	10	10
Arthroszkópos torony			
Fiberoszkópok csatlakoztatása esetén beépített moire filter (Igen-nem)	1	1	1
Fókuszávolság: min. 18 – 28 mm tartományban Előny a nagyobb állíthatósági tartomány különbség	2	10	20

Intézetben meglévő, Olympus és Storz optikák csatlakoztathatósága (Igen-nem)	3	10	30
Fényerő állítása min. 5 lépésben	2	10	20
Beépített fénykabel teszter (Igen-nem)	1	10	10
Érintőképernyős kijelzéssel (Igen-nem)	1	10	10
Lábkapcsolóval vezérelhető gyors öblítés funkcióval (Igen-nem)	1	10	10
Beépített leválasztó transzformátorral kell rendelkeznie (Igen-nem)	2	10	20
Egyidejűleg 2 db kézidarab csatlakoztatási lehetőség (Igen-nem)	1	10	10
Motorvezérlőhöz csatlakoztatható, magas fordulatszámon üzemelő (min. 15000 ford/perc) shaverkézidarab (Igen-nem)	1	10	10
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			928

3. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Medirex Zrt		Dräger Medical Kft		Anamed Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúlyszorzata	Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúlyszorzata	Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúlyszorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700	8,44	590,8	6,42	449,4
Altatógép							
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)	1	1	1	10	10	1	1
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)	2	1	2	10	20	1	2
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb kijelző.	2	10	20	10	20	9,93	19,86
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)	1	1	1	1	1	1	1
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	3	1	3	10	30	1	3
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb kijelző	2	10	20	10	20	8,2	16,4
Infúziós pumpa							
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság	1	10	10	10	10	10	10
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás lehetőségeinek száma (db) Előny aminél nagyobb állítási lehetőség!	1	10	10	10	10	10	10
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete alapján állítható legyen 20µl-300 µl között (Igen-nem)	1	10	10	10	10	10	10

Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékághoz (Igen-nem)	1	10	10	10	10	10	10
Lélegeztetőgép							
Színes, grafikus kijelző, (min. 10") Előny a nagyobb kijelző.	3	10	30	9,93	29,79	9,93	29,79
Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)	1	10	10	10	10	10	10
PC-AC (Igen-nem)	1	10	10	10	10	10	10
MMV (Igen-nem)	1	1	1	10	10	10	10
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)	2	1	2	10	20	10	20
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban (Igen-nem)	3	1	3	10	30	1	3
Intenzív ágy							
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan megáll a motor (Igen-nem)	1	10	10	10	10	10	10
Elektromos magasságállítás, min. 35-75 cm között	1	10	10	9,18	9,18	10	10
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes terhelhetőség	2	10	20	10	20	10	20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			883		880,77		655,45

4. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Medirex Zrt	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúly szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Sebészeti vágókészülék			
Kijelző mérete: min. 6" Előny a nagyobb kijelző!	2	10	20
Billenthető kijelző (Igen-nem)	2	10	20
Forszírozott koaguláció min. 100 W Előny a nagyobb érték	3	10	30
Forszírozott bipoláris koaguláció min.90 W Előny a nagyobb érték	3	10	30
Polyszomnográf			
Opcionálisan szinkron videometriával bővíthető (Igen-nem)	3	10	30
opcionálisan pH méréssel bővíthető (Igen-nem)	3	10	30
Opcionálisan Kapnometriával bővíthető (Igen-nem)	3	10	30
Multi-night felvételre a recorder előre felprogramozható (Igen-nem)	2	10	20
Intelligens akkumulátor mellével, a felvétel megkezdése előtt ellenőrizhető hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e az adott hosszúságú felvétel elkészítéséhez (Igen-nem)	2	10	20

Szenzorleszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen (Igen-nem)	2	10	20
Li-Ion tápellátási rendszer a recorderben (Igen-nem)	1	10	10
Betegőrző monitor			
Kijelző mérete: min. 13' Előny a nagyobb!	4	10	40
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

5. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Anamed Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Endoszkóposó berendezés			
Csatorna csatlakozó leválás riasztás (Igen-nem)	1	10	10
Hatékony mosást, fertőtlenítést, öblítést és legalább a csatornák kifújását biztosító ciklus, a ciklushatásosságát az ENISO 15883-4 szabvány alapján független testintézet igazolja (Igen-nem)	1	10	10
EN ISO 15883-4 szabvány szerinti standard ciklusidő (szivárgástereszt, mosás, fertőtlenítés, öblítések, szárítás) max.40 perc Előny a rövidebb idő!	2	10	20
Motorikus mozgató kamraajtó, lábkapcsolóval működtethető ajtónyitás a higiénikus behelyezés biztosítására (Igen-nem)	1	10	10
Színes érintőképernyő, magyar nyelvű menürendszer (Igen-nem)	1	10	10
A készülék legyen felszerelve a kamrai vegyszer párolgás gőzeinek elszívására alkalmas kompresszorral és csőcsatlakozóval (min. 50m ³ /h teljesítménnyel)	2	10	20
Videokolonoszkóp			
A fényszűrő funkció optikai szűrővel valósul meg (Igen-nem)	6	10	60
Változtatható bevezető cső merevség megléte (Igen-nem)	6	10	60
Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz (Igen-nem)	5	10	50
A hajlító kerekkel angulálható aktív bending mögött egy nem irányítható, de azonos hajlékonyságú passzív bending megléte (Igen-nem)	5	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

7. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész- szempontok súlyszámai	Medirex Zrt	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
UH rendelőintézet			
A lágyszűrő vizsgálati lineáris vizsgálófej kristályelemeinek száma (min. 576)	4	10	40
Nem Doppler technikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, amely nem irányfüggő és nem írja felül az érfalakat	4	10	40
Automatikus kép-optimalizálási lehetőség PW Doppler-módban élő képen(Igen-nem)	2	10	20
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott B-módú képen az erősítés, dinamikatartomány, szűrkeskála és a szemcsésesség csökkentés mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)	2	10	20
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott color Doppler képen az erősítés, szintérváltoztatás és az alapvonal mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)	2	10	20
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott PW Doppler spektrumon a szögkorrekció és az alapvonal mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)	2	10	20
UH szülészeti			
Maximális megjeleníthető képmélység Min. 30 cm Előny a nagyobb mélység	1	10	10
Rendszer dinamika tartomány Min. 200 dB Előny a nagyobb dinamikai tartomány	1	10	10
Szemcsésesség csökkentő képalkotás min. 3 fokozatban állítható legyen. Előny a több fokozatban állíthatóság	1	10	10
Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely nem irányfüggő, nem írja felül az érfalakat és nem csökkenti az akusztikus képváltási frekvenciát. (Igen-nem)	4	10	40
4D hasi vizsgálófej frekvencia tartománya felső határa min. 5,0 MHz Előny a nagyobb felsőhatár frekvencia!	1	10	10
4D hasi vizsgálófej 2D látószöge min. 75° Előny a nagyobb látószög	1	10	10

A 4D hüvelyi vizsgálófej 2D látószöge min. 160° Előny a nagyobb látószög!	1	10	10
A 4D hüvelyi vizsgálófej 3D/4D térfogat felvételi szöge min. 75° Előny a nagyobb térfogat felvételi szög!	1	10	10
A páciens adatbázisban, a készülék merevlemezén tárolt kép a képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal használhatók (Igen-nem)	3	10	30
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

8. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Biomarker Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúly szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Metszetfedő automata			
Folyamatos metszettartó kosár adagolás, kivétel a készülék fedelének felnyitása nélkül (Igen-nem)	5	10	50
Digitális LCD kijelző (Igen-nem)	5	10	50
Buborékmentes fedőfolyadék utántöltés (Igen-nem)	5	10	50
Metszetfestő automata			
Reagens tartályokon az optimális szint jelzése. (Igen-nem)	5	10	50
A vezérlő program adjon lehetőséget egy adott kosár festésének megszakítására. (Igen-nem)	5	10	50
Áramkimaradás esetén szünetmentes tápegységről történő teljes körű működés. (Igen-nem)	5	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

10. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Medicontur Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúly szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Szemészeti UH			
„A” fejbe beépített, külső felületre vetített lézeres fixációs fény megléte (Igen-nem)	6	10	60

20MHz-es vizsgálófej (Igen-nem)	2	1	2
A feldolgozó számítógép monitorának átmérője min. 15"	2	10	20
OCT készülék			
Fourier/Spectral Domain OCT mellett konfokális scanning laser ophthalmoscopy integrálása (Igen-nem)	7	10	70
Autofluorescens képszerzés 470-490 nm közötti tartományú laser fényforrással (Igen-nem)	7	10	70
Aktív folyamatos 3D szemkövetés(Igen-nem)	2	10	20
ART mód vagy hasonló, beállítható, 1-100 kép átlagából készít javított felvételt(Igen-nem)	2	10	20
Későbbiekben laseres Fluorescein / ICG angiográfiával bővíthető (Igen-nem)	2	10	20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			982

11. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Computer Technika kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúly szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Moduláris felépítésű, egy készülékben min. 3 féle szűrő és min. 4 diagnosztikai modullal választható Előny a moduláris felépítés megléte	12	10	120
Magyar nyelvű lelet készítése (Igen-nem)	12	10	120
Hordozható kivitelű (Igen-nem)	6	10	60
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

12. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Medirex Zrt	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúly szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Anyagában színezett, Előny az acryl káptest (Igen-nem)	5	10	50
Elektródák lecsatolhatók (Igen-nem)	25	10	250
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

Opcionális 14. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész- szempontok súlyszámai	Premed Pharma Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Szemészeti mikroszkóp			
A meglévő (Leica) mennyezeti rendszerhez illeszthető (Igen-nem)	15	10	150
Az összes paraméter automatikus visszaállítása az előre beállított értékekre a mikroszkóp kar végállásba történőfelemelésével (Igen-nem)	15	10	150
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

opció 15. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész- szempontok súlyszámai	Medirex Zrt	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Cytoscop			
Beépített fényvezető szál (Igen-nem)	10	10	100
Resectoscop			
Beépített fényvezető szállal (Igen-nem)	10	10	100
Az elektróda kezdő pozíciója a shafton kívül található (Igen-nem)	3	10	30
Rugós markolat (Igen-nem)	3	10	30
A belső shaft forgatható (Igen-nem)	2	10	20
Védőcső elektródák számára (Igen-nem)	2	10	20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1000

opció 16. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész- szempontok súlyszámai	Allegro Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Vérvételi szék			
360°-ban elforgatható. (Igen-nem)	1	10	10
Hidraulikus magasságállítási lehetőség (Igen-nem)	1	10	10
Döntött szék-pozíció állítási lehetősége min. 12°. (Igen-nem)	1	10	10
Betegőrző monitor			
Kijelző mérete: min. 12' Előny a nagyobb	2	10	20
EKG készülék 12 elvezetéses			

Terheléses EKG üzemmód, terheléses rendszerré fejleszthető(Igen-nem)	3	1	3
Sternum fűrészmotor			
Automatikus akkumulátor ellenőrzés és töltöttségi szint kijelzés (Igen-nem)	2	1	2
Szervizigényt kijelző címke amely folyamatosan a készülék alján található (Igen-nem)	1	10	10
Scanlan túfogó			
Egyedi, géppel olvasható lézer jelölés (adatmátrix-kód)(Igen-nem)	2	10	20
Hordozható műtéti monitor			
Kijelző mérete: min. 13". Előny a nagyobb	2	10	20
Műszertálca			
Egyedi, géppel olvasható lézer jelölés (adatmátrix-kód) (Igen-nem)	2	10	20
Cardiotocograph			
A kijelző dőlésszöge min 0-60 fokig állítható (Igen-nem)	1	1	1
EKG készülék 3 csatornás			
Aritmia üzemmód (Igen-nem)	2	1	2
Defibrillátor			
Ingeráram. A 0-140mA-nél kisebb tartomány érvénytelen	5	10	50
IrDA vagy bluetooth kommunikációs port (Igen-nem)	5	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			928

opció 19. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámjai	Mediszer Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
C-íves sebészeti képerősítő			
C-iv mélysége. Előny a nagyobb érték!	10	10	100
Orbitális mozgás (I-N) 10(Igen-nem)	10	10	100
Digitális mammográf berendezés			
Alkalmazható max. mAs érték. Előny a nagyobb érték	10	10	100
Anód anyaga Molibdén-Wolfram (I-N) (Igen-nem)	10	10	100
Csőbúra hőkapacitás. Előny a nagyobb érték	10	10	100
Detektor konverzió: direkt konverziós	10	10	100
Pixel méret Előny a kisebb méret!	2	10	20
Hard disk Előny a nagyobb kapacitás	10	10	100
Szkennelési szög A 15 fok-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük	10	10	100

Projekciók száma	10	10	100
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			1620

opció 20. rész

Az elbírálás szempontjai	A rész-szempontok súlyszámai	Dent-East Kft	
		Értékelési pontszám (ÉP)	ÉP és a súlysúly szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT			
Alacsony sugárdózis üzemmód: legyen lehetőség maximum 0,003 mSv sugárterheléssel 400 µm vagy annál vékonyabb szeletvastagságú CBCT felvételt készíteni (Igen-nem)	2	10	20
SARA/SMAR technológia: fémcs képzaj csökkentés (Igen-nem)	2	10	20
Panoráma pozicionálás tükör nélkül, maximum két lézer segítségével (Igen-nem)	2	10	20
További legalább 4 cephalometriás képméret, melyből a legnagyobb 30x30 cm (Igen-nem)	2	10	20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			780